

Tipo (Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
I Cuadrante	0.00 °	0.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
I Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
I Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
II Cuadrante	0.00 °	0.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
II Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
II Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
III Cuadrante	0.00 °	0.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
III Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
III Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
IV Cuadrante	0.00 °	0.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
IV Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
IV Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °

Diagrama:

