Nominal *(Nominal)*	**Patrón** *(Standard)*	**UBP** *(UUT)*	**Error** *(Error)*	**Exactitud** *(Accuracy)*	**Incertidumbre** *(Uncertainty)*
10 ºC	10.107 ºC	10.5 ºC	0.393 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC
25 ºC	25.149 ºC	25.1 ºC	-0.049 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC
30 ºC	30.062 ºC	29.8 ºC	-0.262 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC
40 ºC	40.391 ºC	40.0 ºC	-0.391 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC