| **Nominal** *(Nominal)* | **Patrón** *(Standard)* | **UBP** *(UUT)* | **Error** *(Error)* | **Exactitud** *(Accuracy)* | **Incertidumbre** *(Uncertainty)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ºC | 21.960 ºC | 22.0 ºC | 0.040 ºC | ± 0.5 ºC | ± 4.0E-01 ºC |
| 25 ºC | 24.918 ºC | 25.0 ºC | 0.082 ºC | ± 0.5 ºC | ± 4.0E-01 ºC |
| 31 ºC | 31.737 ºC | 31.8 ºC | 0.063 ºC | ± 0.5 ºC | ± 4.0E-01 ºC |
| 48 %HR | 46.347 %HR | 49.5 %HR | 3.153 %HR | ± 3.0 %HR | ± 1.9E+00 %HR |
| 57 %HR | 57.073 %HR | 54.2 %HR | -2.873 %HR | ± 3.0 %HR | ± 1.9E+00 %HR |
| 67 %HR | 67.728 %HR | 65.0 %HR | -2.728 %HR | ± 3.0 %HR | ± 1.9E+00 %HR |