

Certificado No. (Certificate #):		55561		Equipo (Instrument): Calibrador Pie de Rey	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-04-02		Marca (Brand): Mitutoyo	
Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Exterior / (Exterior)	10 mm	10.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	20 mm	20.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	50 mm	50.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	100 mm	100.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	150 mm	150.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Interior / (Interior)	50 mm	50.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm
Interior / (Interior)	75 mm	75.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm
Profundidad / (Depth)	50 mm	50.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	100 mm	100.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.1E+00 µm