Nominal *(Nominal)*	**Patrón** *(Standard)*	**UBP** *(UUT)*	**Error** *(Error)*	**Exactitud** *(Accuracy)*	**Incertidumbre** *(Uncertainty)*
30 ºC	30.042 ºC	29.9 ºC	-0.142 ºC	± 1 ºC	± 4.0E-01 ºC
35 %HR	33.995 %HR	35.8 %HR	1.805 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR
50 %HR	49.323 %HR	50.9 %HR	1.577 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR
70 %HR	73.259 %HR	71.3 %HR	-1.959 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR