

Nominal <i>(Nominal)</i>	Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>		Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>
30 °C	30.042 °C	29.9 °C	-0.142 °C	±	1 °C	± 4.0E-01 °C
35 %HR	33.995 %HR	38.0 %HR	4.005 %HR	±	5 %HR	± 1.9E+00 %HR
50 %HR	49.323 %HR	53.0 %HR	3.677 %HR	±	5 %HR	± 1.9E+00 %HR
70 %HR	73.259 %HR	78.0 %HR	4.741 %HR	±	5 %HR	± 1.9E+00 %HR