Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
3.0 in	3.000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	7.0E-02 in
3.0625 in	3.062 in	-0.0005 in	± 0.0002 in	±	5.7E-02 in
3.10 in	3.100 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	7.6E-02 in
3.125 in	3.125 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	9.4E-02 in
3.2 in	3.200 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	7.0E-02 in
3.3 in	3.250 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	9.9E-02 in
3.3 in	3.300 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	7.6E-02 in
3.4 in	3.400 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	9.4E-02 in
3.5 in	3.500 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.9E-02 in
3.8 in	3.800 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	1.1E-01 in
4.0 in	4.000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	1.3E-01 in