

Certificado No. (Certificate #):		57184		Equipo (Instrument):		Calibrador Pie de Rey	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-05-22		Marca (Brand):		CONTROLS	
Tipo de Medida (Measurement Type)		Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
Exterior / (Exterior)		10 mm	10.02 mm	20 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Exterior / (Exterior)		20 mm	20.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Exterior / (Exterior)		50 mm	50.03 mm	30 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Exterior / (Exterior)		70 mm	70.03 mm	30 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Exterior / (Exterior)		150 mm	149.97 mm	-30 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm	
Interior / (Interior)		50 mm	49.97 mm	-30 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm	
Interior / (Interior)		100 mm	99.94 mm	-60 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm	
Profundidad / (Depth)		50 mm	50.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.1E+00 µm	
Profundidad / (Depth)		100 mm	99.99 mm	-10 µm	± 30 µm	± 7.1E+00 µm	