

Nominal <i>(Nominal)</i>	Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>
30 °C	29.892 °C	29.7 °C	-0.192 °C	± 0.5 °C	± 4.0E-01 °C
30 %HR	29.098 %HR	31.0 %HR	1.902 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
50 %HR	48.382 %HR	49.7 %HR	1.318 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
70 %HR	72.738 %HR	70.6 %HR	-2.138 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR