

Certificado No.:	57721	Equipo (Instrument): Medidor de desplazamiento lineal			
Fecha de Calibración:	2025-06-16	Marca (Brand): Robel			
Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Altura (Height)	1.000 mm	1.000 mm	0.0000 µm		± 5.8E+01 µm
Altura (Height)	1.100 mm	1.100 mm	0.0000 µm		± 5.8E+01 µm
Altura (Height)	1.300 mm	1.310 mm	10.0000 µm		± 5.8E+01 µm
Altura (Height)	1.500 mm	1.500 mm	0.0000 µm		± 5.8E+01 µm
Altura (Height)	10.000 mm	11.000 mm	1000.0000 µm		± 7.5E+01 µm
Altura (Height)	50.000 mm	55.780 mm	5780.0000 µm		± 2.5E+02 µm
Altura (Height)	100.000 mm	111.500 mm	11500.0000 µm		± 4.8E+02 µm
Altura (Height)	130.000 mm	145.300 mm	15300.0000 µm		± 6.3E+02 µm
Altura (Height)	150.000 mm	167.500 mm	17500.0000 µm		± 7.2E+02 µm
Altura (Height)	180.000 mm	196.500 mm	16500.0000 µm		± 8.6E+02 µm
Altura (Height)	-1.000 mm	-1.000 mm	0.0000 µm		± 5.8E+01 µm
Altura (Height)	-1.100 mm	-1.100 mm	0.0000 µm		± 5.8E+01 µm
Altura (Height)	-1.300 mm	-1.300 mm	0.0000 µm		± 5.8E+01 µm
Altura (Height)	-1.500 mm	-1.500 mm	0.0000 µm		± 5.8E+01 µm
Altura (Height)	-10.000 mm	-10.600 mm	-600.0000 µm		± 7.5E+01 µm
Altura (Height)	-50.000 mm	-54.500 mm	-4500.0000 µm		± 2.5E+02 µm
Altura (Height)	-100.000 mm	-109.040 mm	-9040.0000 µm		± 4.8E+02 µm
Altura (Height)	-130.000 mm	-141.800 mm	-11800.0000 µm		± 6.3E+02 µm
Altura (Height)	-150.000 mm	-163.600 mm	-13600.0000 µm		± 7.2E+02 µm
Altura (Height)	-180.000 mm	-196.100 mm	-16100.0000 µm		± 8.6E+02 µm