

Certificado No.:	57721	Equipo (Instrument): Medidor de desplazamiento lineal			
Fecha de Calibración:	2025-06-16	Marca (Brand): Robel			
Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Altura (Height)	1.0 mm	1.0 mm	0 μm		± 5.8E+01 μm
Altura (Height)	1.1 mm	1.1 mm	0 μm		± 5.8E+01 μm
Altura (Height)	1.3 mm	1.3 mm	0 μm		± 5.8E+01 μm
Altura (Height)	1.5 mm	1.5 mm	0 μm		± 5.8E+01 μm
Altura (Height)	10.0 mm	11.0 mm	1000 μm		± 7.5E+01 μm
Altura (Height)	50.0 mm	55.8 mm	5800 μm		± 2.5E+02 μm
Altura (Height)	100.0 mm	111.5 mm	11500 μm		± 4.8E+02 μm
Altura (Height)	130.0 mm	145.3 mm	15300 μm		± 6.3E+02 μm
Altura (Height)	150.0 mm	167.5 mm	17500 μm		± 7.2E+02 μm
Altura (Height)	180.0 mm	196.5 mm	16500 μm		± 8.6E+02 μm
Altura (Height)	-1.0 mm	-1.0 mm	0 μm		± 5.8E+01 μm
Altura (Height)	-1.1 mm	-1.1 mm	0 μm		± 5.8E+01 μm
Altura (Height)	-1.3 mm	-1.3 mm	0 μm		± 5.8E+01 μm
Altura (Height)	-1.5 mm	-1.5 mm	0 μm		± 5.8E+01 μm
Altura (Height)	-10.0 mm	-10.6 mm	-600 μm		± 7.5E+01 μm
Altura (Height)	-50.0 mm	-54.5 mm	-4500 μm		± 2.5E+02 μm
Altura (Height)	-100.0 mm	-109.0 mm	-9000 μm		± 4.8E+02 μm
Altura (Height)	-130.0 mm	-141.8 mm	-11800 μm		± 6.3E+02 μm
Altura (Height)	-150.0 mm	-163.6 mm	-13600 μm		± 7.2E+02 μm
Altura (Height)	-180.0 mm	-196.1 mm	-16100 μm		± 8.6E+02 μm