

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
-60.0000 °	-60.08 °	-0.08 °	± 0.2 °	±	0.03600000 °
-55.0000 °	-55.07 °	-0.07 °	± 0.2 °	±	0.03600000 °
-25.0000 °	-24.92 °	0.08 °	± 0.2 °	±	0.03600000 °
-10.0000 °	-9.97 °	0.03 °	± 0.2 °	±	0.03600000 °
15.0000 °	14.92 °	-0.08 °	± 0.2 °	±	0.03500000 °
35.0000 °	34.90 °	-0.10 °	± 0.2 °	±	0.04700000 °
45.0000 °	44.95 °	-0.05 °	± 0.2 °	±	#REF! °
60.0000 °	59.97 °	-0.03 °	± 0.2 °	±	#REF! °
90.0000 °	89.85 °	-0.15 °	± 0.2 °	±	0.04700000 °