

Certificado No. (Certificate #):		58168.1	Equipo (Instrument):		Inclinometro
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-06-23	Marca (Brand):		Leica
Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)		Incertidumbre (Uncertainty)
-60 °	-60.08 °	-0.08 °	± 0.2 °		± 0.036 °
-55 °	-55.07 °	-0.07 °	± 0.2 °		± 0.036 °
-25 °	-24.92 °	0.08 °	± 0.2 °		± 0.036 °
-10 °	-9.97 °	0.03 °	± 0.2 °		± 0.036 °
15 °	14.92 °	-0.08 °	± 0.2 °		± 0.035 °
35 °	34.90 °	-0.10 °	± 0.2 °		± 0.047 °
45 °	44.95 °	-0.05 °	± 0.2 °		± 0.047 °
60 °	59.97 °	-0.03 °	± 0.2 °		± 0.047 °
90 °	89.85 °	-0.15 °	± 0.2 °		± 0.047 °