

Certificado No. (Certificate #): 58173
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-06-20

Equipo (Instrument): Calibrador Pie de Rey
Marca (Brand): TOTAL

Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Exterior / (Exterior)	1 mm	1.0 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 6.2\text{E}+01 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	5 mm	5.0 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 6.2\text{E}+01 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	20 mm	19.9 mm	-100 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 6.2\text{E}+01 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	50 mm	49.9 mm	-100 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 6.2\text{E}+01 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	130 mm	129.9 mm	-100 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 6.2\text{E}+01 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	30 mm	30.0 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+01 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	150 mm	150.0 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	50 mm	50.0 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 5.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	100 mm	99.9 mm	-67 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 5.9\text{E}+01 \mu\text{m}$