

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA. LTDA.

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

QUITO, ECUADOR

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 58273

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-06-25

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-06-25

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-06-25

Cliente (Client): HIDALGO E HIDALGO S.A.

Guayaquil, Laboratorio "Ing. Julio Hidalgo González", Campamento km 26 Guayas, GUAYAQUIL, GUAYAS

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Comparador de reloj

Ubicación (Location):

Int. de Medición: (0 a 0.2) in

Marca (Brand): ELE INTERNATIONAL

Código (Code):

(Measurement Range)

Modelo (Model): NA

Lugar de Calibración

In Situ

División de escala: 0.0001 in

Serie (Serial #): 083652531

(Place of Calibration):

(Resolution)

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento
(Procedure): INN-PC-11 por Comparación

Temp. Inicial (Initial Temp.): 23.7 °C

Hum. Inicial (Initial Hum.): 54.1 %HR

Temp. Final (Final Temp.): 25.2 °C

Hum. Final (Final Hum.): 57.6 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)

Marca (Brand)

Cert. #

Ultima Calibración (Last Cal.)

Período (Period)

Gage block set 9 piece (in)

Mitutoyo

US011-MIL-CI-24057826

2024-02-19

2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.

(Comments):

Calibrado por:

Mauricio Alejandro Landívar Vivas

Aprobado por:

(Approved by):

(Calibrated by):

Fin de Certificado (End of Certificate)

Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>	
0.00920 in	0.0093 in	0.0001 in	± 0.0002 in	±	5.9E-05 in
0.00203 in	0.0020 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	5.8E-05 in
0.00491 in	0.0049 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	5.8E-05 in
0.00985 in	0.0099 in	0.0001 in	± 0.0002 in	±	5.8E-05 in
0.01913 in	0.0191 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
0.03791 in	0.0379 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.4E-05 in
0.0625 in	0.0631 in	0.0006 in	± 0.0002 in	±	7.3E-05 in
0.100 in	0.1007 in	0.0007 in	± 0.0002 in	±	9.1E-05 in
0.200 in	0.2008 in	0.0008 in	± 0.0002 in	±	1.5E-04 in