

Certificado No. (Certificate #):		58433		Equipo (Instrument):		Clinometro			
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-07-03		Marca (Brand):		Kell Storm			
Patrón (Standard)		UBP (UUT)		Error (Error)		Exactitud (Accuracy)		Incertidumbre (Uncertainty)	
0.5000 °		0.48 °		-0.03 °		± 0,05 °		±	0.059 °
5.0000 °		5.00 °		0.00 °		± 0.05 °		±	0.058 °
15.0000 °		15.0 °		0.0 °		± 0.1 °		±	0.058 °
20.0000 °		20.0 °		0.0 °		± 0.1 °		±	0.058 °
25.0000 °		25.0 °		0.0 °		± 0.1 °		±	0.058 °
30.0000 °		30.0 °		0.0 °		± 0.1 °		±	0.060 °
45.0000 °		45.0 °		0.0 °		± 0.1 °		±	0.059 °
60.0000 °		60.0 °		0.0 °		± 0.1 °		±	0.059 °
90.0000 °		90.0 °		0.0 °		± 0.1 °		±	0.060 °