

Certificado No. (Certificate #):		58433		Equipo (Instrument): Clinometro	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-07-03		Marca (Brand): Kell Storm	
Patrón (Standard)		UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
0.50 °		0.48 °	-0.03 °	± 0,05 °	± 0.059 °
5.00 °		5.00 °	0.00 °	± 0.05 °	± 0.058 °
15.00 °		15.00 °	0.00 °	± 0.10 °	± 0.058 °
20.00 °		20.00 °	0.00 °	± 0.10 °	± 0.058 °
25.00 °		25.00 °	0.00 °	± 0.10 °	± 0.058 °
30.00 °		30.00 °	0.00 °	± 0.10 °	± 0.060 °
45.00 °		45.00 °	0.00 °	± 0.10 °	± 0.059 °
60.00 °		60.00 °	0.00 °	± 0.10 °	± 0.059 °
90.00 °		90.00 °	0.00 °	± 0.10 °	± 0.060 °