

Certificado No.: 58529		Equipo (Instrument): Inclinometro			
Fecha de Calibración: 2025-07-08		Marca (Brand): Leica			
Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
10.00 °	9.95 °	-0.0500 °		±	0.58 °
20.00 °	19.97 °	-0.0333 °		±	0.58 °
25.00 °	25.00 °	0.0000 °		±	0.58 °
30.00 °	29.98 °	-0.0167 °		±	0.58 °
45.00 °	45.05 °	0.0500 °		±	0.58 °
60.00 °	60.00 °	0.0000 °		±	0.58 °
75.00 °	74.98 °	-0.0167 °		±	0.58 °
85.00 °	85.00 °	0.0000 °		±	0.58 °
90.00 °	90.00 °	0.0000 °		±	0.58 °