

Certificado No.: 58538		Equipo (Instrument): Inclinometro			
Fecha de Calibración: 2025-07-02		Marca (Brand): Leica			
Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
10.0000 °	10.03 °	0.03 °		±	0.58 °
20.0000 °	20.03 °	0.03 °		±	0.58 °
25.0000 °	25.02 °	0.02 °		±	0.58 °
30.0000 °	30.02 °	0.02 °		±	0.58 °
45.0000 °	45.07 °	0.07 °		±	0.58 °
60.0000 °	60.08 °	0.08 °		±	0.58 °
75.0000 °	75.02 °	0.02 °		±	0.58 °
85.0000 °	85.02 °	0.02 °		±	0.58 °
90.0000 °	90.00 °	0.00 °		±	0.58 °