

Certificado No.: 58539
Fecha de Calibración: 2025-07-08

Equipo (Instrument): Inclinometro
Marca (Brand): Geomax

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
10.0000 °	10.0833 °	0.0833 °		±	0.58 °
20.0000 °	20.1000 °	0.1000 °		±	0.58 °
25.0000 °	25.0500 °	0.0500 °		±	0.58 °
30.0000 °	30.0500 °	0.0500 °		±	0.58 °
45.0000 °	45.0500 °	0.0500 °		±	0.58 °
60.0000 °	60.0667 °	0.0667 °		±	0.58 °
75.0000 °	75.1000 °	0.1000 °		±	0.58 °
85.0000 °	85.1500 °	0.1500 °		±	0.58 °
90.0000 °	89.9667 °	-0.0333 °		±	0.58 °