

Certificado No.: 58539
Fecha de Calibración: 2025-07-02

Equipo (Instrument): Inclinometro
Marca (Brand): Geomax

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
10.0000 °	10.08 °	0.08 °		±	0.58 °
20.0000 °	20.10 °	0.10 °		±	0.58 °
25.0000 °	25.05 °	0.05 °		±	0.58 °
30.0000 °	30.05 °	0.05 °		±	0.58 °
45.0000 °	45.05 °	0.05 °		±	0.58 °
60.0000 °	60.07 °	0.07 °		±	0.58 °
75.0000 °	75.10 °	0.10 °		±	0.58 °
85.0000 °	85.15 °	0.15 °		±	0.58 °
90.0000 °	89.97 °	-0.03 °		±	0.58 °