

Certificado No.: 58544		Equipo (Instrument): Inclinometro		
Fecha de Calibración: 2025-07-02		Marca (Brand): Leica		
Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
10.0000 °	9.9833 °	-0.0167 °		± 0.58 °
20.0000 °	19.9000 °	-0.1000 °		± 0.58 °
25.0000 °	24.9000 °	-0.1000 °		± 0.58 °
30.0000 °	29.9333 °	-0.0667 °		± 0.58 °
45.0000 °	44.9333 °	-0.0667 °		± 0.58 °
60.0000 °	60.0167 °	0.0167 °		± 0.58 °
75.0000 °	75.0167 °	0.0167 °		± 0.58 °
85.0000 °	85.0333 °	0.0333 °		± 0.58 °
90.0000 °	90.0000 °	0.0000 °		± 0.58 °