

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
# 0 °	0.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
5 °	5.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
10 °	10.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
20 °	20.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
30 °	30.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
45 °	45.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
60 °	60.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
70 °	70.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
80 °	80.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
90 °	90.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °
95 °	95.00 °	0.00 °	± 0.08 °	±	2.90E-02 °