

Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>	
250.0354 ml	250 ml	-0.035 ml	± 0.15 ml	±	#REF! #REF!