

| Patrón <i>(Standard)</i> | UBP <i>(UUT)</i> | Error <i>(Error)</i> | E.M.P <i>(M.P.E)</i> | Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i> |            |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|
| 500.0658 ml              | 500 ml           | -0.066 ml            | ± 0.25 ml            | ±                                  | 1.6E+01 µl |