Patrón *(Standard)*	UBP *(UUT)*	Error *(Error)*	E.M.P *(Tolerance)*	Incertidumbre *(Uncertainty)*	
0.0625 in	0.063 in	0.0005 in	± 0.002 in	±	5.8E-04 in
0.1000 in	0.100 in	0.0000 in	± 0.002 in	±	5.8E-04 in
0.1250 in	0.125 in	0.0000 in	± 0.002 in	±	5.8E-04 in
0.2000 in	0.200 in	0.0000 in	± 0.002 in	±	5.9E-04 in
0.2500 in	0.250 in	0.0000 in	± 0.002 in	±	6.0E-04 in
0.3000 in	0.300 in	0.0000 in	± 0.002 in	±	6.1E-04 in
0.4000 in	0.401 in	0.0010 in	± 0.002 in	±	6.4E-04 in
0.5000 in	0.501 in	0.0010 in	± 0.002 in	±	6.8E-04 in