

| Patrón <i>(Standard)</i> | UBP <i>(UUT)</i> | Error <i>(Error)</i> | E.M.P <i>(M.P.E)</i> | Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i> |            |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|
| 100.04379 µl             | 100 µl           | -0.04379 µl          | ± 0.8 µl             | ±                                  | 5.1E-02 µl |