

Certificado No.: 59765		Equipo (Instrument): Inclinometro			
Fecha de Calibración: 2025-08-06		Marca (Brand): Geomax			
Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
10.0000 °	10.00 °	0.00 °		±	0.58 °
20.0000 °	20.02 °	0.02 °		±	0.58 °
25.0000 °	25.00 °	0.00 °		±	0.58 °
30.0000 °	30.00 °	0.00 °		±	0.58 °
45.0000 °	45.03 °	0.03 °		±	0.58 °
60.0000 °	60.02 °	0.02 °		±	0.58 °
75.0000 °	75.05 °	0.05 °		±	0.58 °
85.0000 °	85.05 °	0.05 °		±	0.58 °
90.0000 °	90.00 °	0.00 °		±	0.58 °