

Certificado No.: 59766		Equipo (Instrument): Inclinometro			
Fecha de Calibración: 2025-08-06		Marca (Brand): Leica			
Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
10.0000 °	9.25 °	-0.75 °		±	0.58 °
20.0000 °	20.00 °	0.00 °		±	0.58 °
25.0000 °	24.93 °	-0.07 °		±	0.58 °
30.0000 °	29.95 °	-0.05 °		±	0.58 °
45.0000 °	44.97 °	-0.03 °		±	0.58 °
60.0000 °	60.05 °	0.05 °		±	0.58 °
75.0000 °	75.08 °	0.08 °		±	0.58 °
85.0000 °	85.13 °	0.13 °		±	0.58 °
90.0000 °	89.95 °	-0.05 °		±	0.58 °