

Certificado No. (Certificate #):		59898		Equipo (Instrument):		Profundímetro	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-08-08		Marca (Brand):		CONTROLS	
Tipo de Medida (Measurement Type)		Patrón (Standard)	UBP (UT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
Profundidad / (Depth)		1 mm	1.1 mm	100 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		5 mm	4.4 mm	-600 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		10 mm	9.5 mm	-500 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		15 mm	14.5 mm	-500 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		20 mm	19.4 mm	-600 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		25 mm	23.8 mm	-1200 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		30 mm	28.9 mm	-1100 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		32 mm	30.6 mm	-1400 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		35 mm	33.9 mm	-1100 µm	± 50 µm	± 5.8E+01 µm	