

| Nominal <i>(Nominal)</i> | Patrón <i>(Standard)</i> | UBP <i>(UUT)</i> | Error <i>(Error)</i> | Exactitud <i>(Accuracy)</i> | Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i> |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 2 °C                     | 1.835 °C                 | 2.2 °C           | 0.365 °C             | ± 0.5 °C                    | ± 4.0E-01 °C                       |
| 8 °C                     | 7.821 °C                 | 7.9 °C           | 0.079 °C             | ± 0.5 °C                    | ± 4.0E-01 °C                       |