

Certificado No. (Certificate #):		60284		Equipo (Instrument):		Calibrador Pie de Rey	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-08-26		Marca (Brand):		NO IDENTIFICABLE	
Tipo de Medida (Measurement Type)		Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
Exterior / (Exterior)		5 mm	5.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 4.0E+01 µm	
Exterior / (Exterior)		20 mm	20.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 4.0E+01 µm	
Exterior / (Exterior)		30 mm	30.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 4.0E+01 µm	
Exterior / (Exterior)		150 mm	150.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 4.0E+01 µm	
Exterior / (Exterior)		200 mm	200.00 mm	0 µm	± 70 µm	± 4.0E+01 µm	
Interior / (Interior)		40 mm	40.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 3.1E+01 µm	
Interior / (Interior)		130 mm	130.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 3.1E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		50 mm	50.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 3.3E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		100 mm	100.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 3.3E+01 µm	