

Nominal <i>(Nominal)</i>	Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>
20 °C	20.005 °C	20.5 °C	0.495 °C	± 0.5 °C	± 1.70E-01 °C
25 °C	25.450 °C	25.9 °C	0.450 °C	± 0.5 °C	± 1.70E-01 °C
30 °C	30.032 °C	30.6 °C	0.568 °C	± 0.5 °C	± 1.60E-01 °C