Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
0.0625 in	0.062 in	-0.0005 in	± 0.0003 in	±	5.8E-04 in
0.100 in	0.100 in	0.000 in	± 0.0003 in	±	5.8E-04 in
0.125 in	0.125 in	0.000 in	± 0.0003 in	±	5.8E-04 in
0.200 in	0.200 in	0.000 in	± 0.0003 in	±	5.8E-04 in
0.250 in	0.250 in	0.000 in	± 0.0003 in	±	5.8E-04 in
0.300 in	0.300 in	0.000 in	± 0.0003 in	±	5.8E-04 in
0.350 in	0.350 in	0.000 in	± 0.0003 in	±	5.8E-04 in
0.400 in	0.400 in	0.000 in	± 0.0003 in	±	5.8E-04 in