

}

Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>	
100.24128 ml	100 ml	-0.24128 ml	± 3 ml	±	3.5E-01 µl