

Certificado No. (Certificate #):

61537

Equipo (Instrument):

Calibrador Pie de Rey

Fecha de Calibración (Calibration Date):

2025-09-23

Marca (Brand):

Mitutoyo

Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Exterior / (Exterior)	1 mm	1.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	10 mm	10.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	25 mm	25.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	75 mm	75.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	185 mm	185.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	200 mm	200.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 9.8E+02 µm
Interior / (Interior)	125 mm	125.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm
Interior / (Interior)	150 mm	150.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 8.2E+00 µm
Profundidad / (Depth)	50 mm	50.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	100 mm	100.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 7.1E+00 µm