

Nominal <i>(Nominal)</i>	Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>
30 °C	30.030 °C	30.4 °C	0.370 °C	± 2.0 °C	± 9.8E-01 °C
30 %HR	29.631 %HR	30.8 %HR	1.169 %HR	± 5.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
50 %HR	49.384 %HR	48.2 %HR	-1.184 %HR	± 5.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
70 %HR	69.644 %HR	70.8 %HR	1.156 %HR	± 5.0 %HR	± 1.9E+00 %HR