

Nominal (<i>Nominal</i>)	Patrón (<i>Standard</i>)	UBP (<i>UUT</i>)	Error (<i>Error</i>)	Exactitud (<i>Accuracy</i>)	Incertidumbre (<i>Uncertainty</i>)
10 °C	10.448 °C	10.5 °C	0.072 °C	± 0.5 °C	± 4.0E-01 °C
20 °C	19.704 °C	19.8 °C	0.086 °C	± 0.5 °C	± 7.4E-02 °C
30 °C	29.842 °C	29.9 °C	0.098 °C	± 0.5 °C	± 7.4E-02 °C
40 °C	40.070 °C	40.2 °C	0.170 °C	± 0.5 °C	± 7.4E-02 °C
30 %HR	29.220 %HR	30.4 %HR	1.160 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR
40 %HR	39.752 %HR	41.2 %HR	1.428 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR
50 %HR	48.955 %HR	50.2 %HR	1.255 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR
60 %HR	60.979 %HR	62.34 %HR	1.361 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR
70 %HR	69.313 %HR	70.78 %HR	1.467 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR
80 %HR	78.607 %HR	80.27 %HR	1.663 %HR	± 3 %HR	± 1.9E+00 %HR