

Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
20 °C	19.914 °C	20.0 °C	0.086 °C	± 0.5 °C	± 4.0E-01 °C
30 %HR	28.903 %HR	29 %HR	0.097 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
40 %HR	38.321 %HR	38 %HR	-0.321 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
55 %HR	54.139 %HR	54 %HR	-0.139 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
75 %HR	74.885 %HR	73 %HR	-1.885 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR