

Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
30 °C	29.651 °C	30.0 °C	0.349 °C	± 0.5 °C	± 4.0E-01 °C
30 %HR	30.877 %HR	29 %HR	-1.877 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
40 %HR	42.094 %HR	42 %HR	-0.094 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
55 %HR	55.018 %HR	54 %HR	-1.018 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
75 %HR	75.601 %HR	74 %HR	-1.601 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR