

Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
40 °C	40.200 °C	40.1 °C	-0.100 °C	± 0.5 °C	± 4.0E-01 °C
30 %HR	30.529 %HR	29 %HR	-1.529 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
40 %HR	40.938 %HR	39 %HR	-1.938 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
55 %HR	55.570 %HR	53 %HR	-2.570 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR
75 %HR	74.916 %HR	72 %HR	-2.916 %HR	± 3.0 %HR	± 1.9E+00 %HR