

Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>	
2.71 ml	2.71 ml	-0.000939 ml	± 0.01 ml	±	1.1E-01 µl