

Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>	
0.7007 ml	0.7000 ml	-0.0007 ml	± 0.01 ml	±	5.6E-02 µl