

Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>	
1.0017 ml	1 ml	-0.002 ml	± 0.008 ml	±	6.0E-02 µl