

Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>	
4.9727 ml	5 ml	0.027 ml	± 0.05 ml	±	1.7E-01 µl