

Certificado No. (Certificate #):		62464	Equipo (Instrument). Profundímetro		
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-10-20	Marca (Brand): PRIDE		
Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Profundidad / (Depth)	5 mm	5.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 6.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	25 mm	25.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 5.8E+00 µm
Profundidad / (Depth)	50 mm	50.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 6.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	75 mm	75.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 6.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	100 mm	99.97 mm	-30 µm	± 30 µm	± 6.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	125 mm	124.97 mm	-30 µm	± 30 µm	± 6.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	150 mm	149.97 mm	-30 µm	± 30 µm	± 6.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	175 mm	174.97 mm	-30 µm	± 30 µm	± 6.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	200 mm	199.97 mm	-30 µm	± 30 µm	± 6.1E+00 µm