

Certificado No. (Certificate #):

62466

Equipo (Instrument):

Calibrador Pie de Rey

Fecha de Calibración (Calibration Date):

2025-10-23

Marca (Brand):

INSIZE

Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Exterior / (Exterior)	100 mm	100.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)	200 mm	200.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)	300 mm	300.00 mm	0 µm	± 40 µm	± 1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)	400 mm	400.00 mm	0 µm	± 40 µm	± 1.2E+01 µm
Exterior / (Exterior)	500 mm	500.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.2E+01 µm
Interior / (Interior)	300 mm	300.00 mm	0 µm	± 40 µm	± 1.3E+01 µm
Interior / (Interior)	500 mm	500.00 mm	0 µm	± 50 µm	± 1.3E+01 µm