

Certificado No. (Certificate #):		62533		Equipo (Instrument):		Calibrador Pie de Rey	
Fecha de Calibración (Calibration Date):		2025-10-20		Marca (Brand):		TACTIX	
Tipo de Medida (Measurement Type)		Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
Exterior / (Exterior)		10 mm	10.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm	
Exterior / (Exterior)		25 mm	25.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm	
Exterior / (Exterior)		75 mm	75.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm	
Exterior / (Exterior)		125 mm	125.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm	
Exterior / (Exterior)		150 mm	150.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm	
Interior / (Interior)		15 mm	15.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.3E+01 µm	
Interior / (Interior)		135 mm	135.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.3E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		50 mm	50.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm	
Profundidad / (Depth)		100 mm	100.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 1.2E+01 µm	