Patrón *(Standard)*	**UBP** *(UUT)*	**Error** *(Error)*	**E.M.P** *(Tolerance)*	**Incertidumbre** *(Uncertainty)*
0.486 mm	0.48 mm	-6 µm	± 0.06 µm	± 1.2E+01 µm
0.963 mm	0.96 mm	-3 µm	± 0.06 µm	± 1.2E+01 µm
1.000 mm	1.00 mm	0 µm	± 0.06 µm	± 1.2E+01 µm
1.250 mm	1.25 mm	0 µm	± 0.06 µm	± 1.2E+01 µm
1.500 mm	1.52 mm	20 µm	± 0.06 µm	± 1.2E+01 µm
2.000 mm	2.02 mm	20 µm	± 0.06 µm	± 1.2E+01 µm
3.000 mm	3.02 mm	20 µm	± 0.06 µm	± 1.2E+01 µm