

Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	Exactitud <i>(Accuracy)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>	
249.93 ml	250.00 ml	0.07 ml	± 0.15 ml	±	7.6E+00 µl